



VaporLine Integratori Chimici per ATV 50 - CLASS B

Dispositivi più idonei per il controllo della sterilizzazione a vapore, interagendo con i parametri del ciclo (pressione, temperatura, tempo), certificano la corretta stabilità.

E' suggerito sostituirli 1 volta al giorno per studi mono-professionali





Descrizione

Conforme alla normativa EN ISO 11140-4 CLASSE 5

Numero di pezzi nella confezione: 250 pezzi