



B Test Plus Test Biologico per ATV 50 - CLASS B

Utili per valutare la capacità dell'autoclave di distruggere tutti i microrganismi incluse le spore

E' consigliato sostituirli ogni 30 gg. Le spore devono essere incubate entro 1 ora dal processo di sterilizzazione





Descrizione

Conforme alla normativa EN ISO 11138-1